

3D View 3.2

Manual do usuário

October 29, 2021

9.17.250.32.6_pt_BR

Índice

3D VIEW 3.2II		
Manual do	usuárioll	
Primeiros p	passos1	
1	A ÁREA DE TRABALHO DO 3D VIEW	
1.1	Visão geral1	
1.2	Menu1	
1.3	Barras de ferramentas3	
1.4	Painéis da área de trabalho5	
1.4.1	Painel Resultados6	
1.4.2	Painel Propriedades8	
1.4.3	LUTs9	
1.5	Visualização de imagens11	
1.5.1	Visualização Oblíqua dupla12	
1.5.2	Visualizações MIP, 3DVR e Empilhamento	
1.5.3	Visualização de imagem de ponto multitempo	
2	NAVEGAÇÃO DE IMAGENS	
2.1	Visualização oblíqua dupla	
2.1.1	Empilhamento	
2.1.2	Zoom	
2.1.3	Panorâmica	
2.1.4	Giratória	
2.1.5	Largura e nível da janela21	
2.2	Visualização MIP, 3DVR e Empilhamento	
2.2.1	Rodar	
2.2.2	Zoom	
2.2.3	Panorâmica	

2.2.4	Largura e nível da janela24
Trabalhand	lo com o 3D View
3	RESULTADOS
3.1	Anotações25
3.1.1	Adicionando anotações
3.1.2	Edição de anotações
3.1.3	Excluir anotações
3.2	Medições
3.2.1	Medições de distância
3.2.2	Medições de área 30
3.2.3	Medições de distâncias duplas
3.3	Fotos instantâneas
3.3.1	Criação de fotos instantâneas
3.3.2	Excluir fotos instantâneas
3.4	Escultura
3.4.1	Criação de esculturas
3.4.2	Edição de esculturas
3.4.3	Excluir esculturas
3.5	Reformatação
3.5.1	Reformatação de empilhamento
3.5.2	Reformatação radial 44
3.6	Reformatações planares curvas
3.6.1	Criando CPRs
3.6.2	Edição de CPRs
3.6.3	Excluir CPRs
3.7	Exportar resultados
3.7.1	Exportar resultados para o sistema de arquivos
3.7.2	Concluindo e salvando a sessão
Resolução o	de problemas

4	RESOLUÇÃO DE PROBLI	EMAS	55
Referência			57
5	TECLAS DE ATALHO		57

Primeiros passos

1 A Área de trabalho do 3D View

Este capítulo abrange os seguintes tópicos:

- visão geral
- barras de ferramentas
- painéis da área de trabalho
- visualização de imagem

1.1 Visão geral

A área de trabalho principal consiste em barras de ferramentas, vários painéis da área de trabalho e a visualização de imagens.



Você pode personalizar a área de trabalho principal ocultando ou movendo os painéis e barras de ferramentas da área de trabalho. Quaisquer alterações feitas no espaço de trabalho principal são salvas por usuário para futuras sessões.

1.2 Menu

O botão de menu Contém todas as principais funcionalidades necessárias ao trabalhar com o 3D View. Esses comandos principais estão organizados da seguinte forma: **Painéis**,

Barras de Ferramentas, Filme, Controle de Imagem e Paquímetros. Para alguns desses comandos, os botões da ferramenta estão disponíveis nas barras de ferramentas como atalhos.

① Os comandos do menu podem ficar acinzentados quando você está executando um procedimento, como uma reformatação radial. Você pode ativar os comandos do menu cancelando ou concluindo o procedimento.

Item do menu: Visualização		Opção	Descrição
:		Painéis>	Mostrar/ocultar painéis (paciente, resultados)
•		Barras de	Mostrar/ocultar barras de
<u>P</u> anes	▶.	ferramentas>	ferramentas
<u>T</u> oolbars	•	Filme>	Mostrar diferentes momentos
<u>C</u> ine	+	Controle de imagem>	Zoom, panorâmica, rotação e empilhamento.
I <u>m</u> age control	•	Paquímetros>	Adicionar medições,
Ca <u>l</u> ipers	+		anotações, esculturas e reformatações.
Reset layout	F6	Redefinir layout	Redefinir o layout da
Reset Window/ <u>L</u> evel	1		janela e da barra de ferramentas
Initial view state		Redefinir	Redefinir janela/nível
Show/Hide workspace	F11	janela/nível	
Show/Hide axes	Ctrl+K	Estado inicial da visualização	Retornar ao volume no estado original
Options		Mostrar/ocultar área de trabalho	Mostrar/ocultar painéis da área de trabalho
🐖 A <u>b</u> out Medis		Mostrar/ocultar eixos	Mostrar/ocultar os eixos
		Opções	Abrir caixa de diálogo para opções gerais
		Sobre Medis	Sobre a caixa

1.3 Barras de ferramentas

Os ícones nas barras de ferramentas são atalhos para as opções de menu usadas com frequência. Você pode fazer as barras de ferramentas flutuarem e movê-las para outra parte da janela principal. Você também pode mostrar ou ocultar barras de ferramentas.



Para fazer uma barra de ferramentas flutuar

• Clique na alca da barra dupla da barra de ferramentas e arraste-a.

Agora você pode mover a barra de ferramentas para qualquer local na janela principal ou para fora do aplicativo. Simplesmente clique e arraste a barra de ferramentas para sua nova posição. A posição da barra de ferramentas é salva para uma próxima sessão quando você fechar o aplicativo.

Para mostrar ou ocultar uma barra de ferramentas

Selecione o menu das barras de ferramentas clicando com o botão direito do mouse em qualquer espaço na barra de ferramentas. Este menu de contexto aparecerá:

- 1. Selecione o botão da ferramenta e as **Barras de ferramentas**.
- 2. Marque uma caixa de seleção para mostrar a barra de ferramentas, desmarque uma caixa de seleção para ocultar a barra de ferramentas.

Ou,

1. Clique com o botão direito do mouse na área da barra de ferramentas. Isso abre um menu de contexto.



2. Marque uma caixa de seleção para mostrar a barra de ferramentas, desmarque uma caixa de seleção para ocultar a barra de ferramentas.

O estado das barras de ferramentas é salvo por usuário para sessões futuras quando você fechar o aplicativo.

Ícone	Função		
Barra de ferramentas Geral			
2	Ir para o estado inicial da visualização		
	Mostrar ou ocultar a área de trabalho		
-;-	Mostrar ou ocultar os eixos		
Barra de ferramentas Filme			
4 I	Ir para o ponto de tempo anterior		
I	Ir para o próximo ponto de tempo		
K	Ir para o primeiro ponto da tempo		
M	It para o último ponto de tempo		
	Parar o filme		
	Reproduzir o filme para a frente		
•	Reproduzir o filme para trás		
	Moderar a velocidade do filme		
Barra de ferra	amentas Resultados		
/	Criar uma medição de distância		
	Criar uma medição de área		
A BC	Criar uma anotação		
**	Criar uma medição de distância dupla		
	Criar uma foto instantânea		
===	Criar uma reformatação		

Ícone	Função		
	Criar uma reformatação radial		
	Criar uma escultura		
ii.	Copiar todas as informações de medição para a área de transferência		
Barra de ferramentas Controle de imagem			
*	Percorrer as imagens		
	Zoom		
***	Panorâmica		
Ω	Giratório		
** _{•••}	Alterar a largura da janela e o nível da janela		

1.4 Painéis da área de trabalho

Por padrão, a área de trabalho exibe os seguintes painéis à direita da visualização da imagem:

LUTs

Resultados

Editor de LUTs

Propriedades

Você pode mostrar ou ocultar painéis, fazer os painéis flutuarem, ancorar painéis, combinar painéis em um painel com abas e remover painéis de um painel.

Mostrar ou ocultar um painel

• Selecione o botão , escolha **Painéis** e selecione um painel para mostrá-lo. Desmarque a caixa de seleção para ocultá-lo.

Mostrar ou ocultar todos os painéis

• Clique em na barra de ferramentas ou pressione F11 para mostrar ou ocultar todos os painéis.

Fazer um painel flutuar

• Clique e arraste a barra de título do painel sobre a área da tela para a qual você deseja movê-lo.

Ancorar um painel

 Clique duas vezes na barra de título para mover um painel de volta à sua posição ancorada original.

Ou,

- 1. Clique e arraste a barra de título do painel para o lado esquerdo ou direito da área de trabalho, conforme mostrado na figura na página Error! Bookmark not defined..
- 2. Mova o painel para cima ou para baixo para selecionar uma das áreas de ancoragem disponíveis.

À medida que o painel se aproxima de uma área de ancoragem, a área é destacada com uma linha pontilhada. O painel pode ser combinado com outro painel ou inserido separadamente.

3. Quando a área de ancoragem de sua escolha aparecer destacada, solte o botão do mouse.

Isso move o painel para a posição selecionada.

Combinar painéis em um painel com abas

 Clique e arraste a barra de título do painel para a barra de título com a qual você deseja combiná-lo.

Isso cria um painel. Você pode ancorar todos os painéis em um painel.

Remover painéis ancorados de um painel


• Clique e arraste a barra de título do painel para fora do painel.

Redefinir o layout do painel

• Selecione o botão e escolha Visualizar > Redefinir layout no menu ou pressione F6.


1.4.1 Painel Resultados

O painel Resultados lista os resultados das ações executadas no volume: anotações, medições, fotos instantâneas, reformatações e esculturas.



Você pode recolher e expandir os ramos da árvore clicando duas vezes nos nós de nível superior.

Você pode clicar com o botão direito do mouse em um resultado para executar ações no resultado. Dependendo do tipo de resultado, você receberá um menu de contexto com várias opções.



Localizar: O volume é girado para a orientação na qual o resultado foi

originalmente executado.

Localizar pode estar acinzentado. Você pode ativar esse item de menu cancelando ou finalizando o procedimento ativo.

Editar: O painel Propriedades é ativado. Você pode modificar as propriedades.

Salvar: O resultado é salvo no sistema. Os resultados salvos (em oposição aos exportados) podem ser carregados de volta no 3D View.

① Esta opção está disponível apenas para sistemas em que o 3D View está integrado.

Exportar:O resultado é exportado para o sistema. Os resultados exportados (em vez de salvos) não podem ser carregados de volta no 3D View.

① Esta opção está disponível apenas onde o 3D View está integrado.

Exportar para...: Você é solicitado a selecionar um caminho de arquivo, após o qual o

instantâneo é exportado para o disco.

Copiar para a área de transferência: A etiqueta e o valor do resultado (se aplicável) são copiados

para a área de transferência.

Remover: O resultado é excluído.


1.4.2Painel Propriedades

O painel Propriedades mostra as propriedades do resultado selecionado. Você pode sempre modificar a **Etiqueta**, mas deve ativar uma reformatação ou escultura para visualizar ou modificar suas outras propriedades.

Para modificar uma Etiqueta

- 1. No painel Resultados, selecione o resultado.
- 2. No painel Propriedades, clique nas reticências à direita do campo Etiqueta e selecione uma etiqueta predefinida ou digite uma etiqueta personalizada e pressione Enter.





Ou (apenas em anotações, medidas e fotos instantâneas),

- 1. No painel Resultados, clique com o botão direito do mouse no resultado e selecione Editar.
- 2. Selecione uma etiqueta predefinida ou digite uma etiqueta personalizada e pressione Enter.

Para modificar as outras propriedades de uma reformatação ou escultura


- No painel Resultados, clique com o botão direito do mouse na reformatação ou escultura e selecione Editar.
- 2. No painel Propriedades, modifique as propriedades.

1.4.3 LUTs

As LUTs (LookUp Tables) são usadas para aprimorar a visualização no 3DVR. Em vez de valores de escala de cinza mostrados em relação a uma janela e nível, a escala de cinza é mapeada para um esquema de cores mais geral, que pode ajudar a visualizar os dados com a exibição de renderização de volume (3DVR). Para dados de RM, não há escala canônica e o LUT usa a janela e o nível da visualização oblíqua dupla como valor padrão. Para dados de TC, as unidades de Hounsfield fornecem uma escala canônica, e o LUT usará uma janela e um nível predefinidos, nas unidades Hounsfield, se disponíveis.

1.4.3.1 Painel LUTs

O painel LUTs exibe as LUTs disponíveis como miniaturas da exibição de renderização de volume (3DVR). Use o painel LUTs para selecionar outro LUT para aplicar à visualização 3DVR. Se os dados da TC forem carregados e uma das LUTs Cardiac 1-4 for selecionada, esta usará uma janela e um nível predefinidos.



O painel LUTs possui um menu de contexto, que você pode acessar clicando com o botão direito do mouse em uma miniatura. No menu de contexto, você pode definir a LUT selecionada como padrão, salvar a LUT selecionada com um novo nome ou, se a LUT não for uma das LUTs padrão, excluir a LUT selecionada.

Para definir a LUT selecionada como padrão

Clique com o botão direito do mouse na LUT desejada e selecione Definir como padrão.

A LUT padrão é a LUT usada pela primeira vez quando o 3D View é iniciado.

Para salvar a LUT selecionada com um novo nome

1. Clique com o botão direito do mouse na LUT desejada e selecione Salvar como...

2. Digite o nome da nova LUT e clique em OK.

Para excluir a LUT selecionada


• Clique com o botão direito do mouse na LUT desejada e selecione Excluir.

Ou,

• Clique na LUT desejada e pressione a tecla Del.

1.4.3.2 Painel do Editor LUT

Você pode criar um novo LUT ou modificar um existente no painel do Editor LUT.



Para ajudar na criação de uma LUT, um histograma é mostrado em cinza no gráfico no painel do Editor LUT. Isso indica quantos voxels na imagem original ocorrem para cada valor na escala de cinza. Você pode optar por exibir os valores de cinza em um determinado intervalo com uma cor específica.

Para criar uma LUT, defina qualquer número de pontos, cada um com sua própria posição, cor e opacidade.

Para criar um novo ponto

Clique em qualquer lugar do gráfico (exceto em um ponto).

Para excluir um ponto

Clique no ponto e pressione a tecla Del.

 Selecione o ponto, clique com o botão direito do mouse no gráfico e selecione Excluir ponto ativo.

Para mudar a cor de um ponto

• Clique no campo Cor para abrir o seletor de cores.

A transição entre cores vizinhas é suavizada.

A posição varia de 0,0 a 1,0 e a opacidade varia de 0 a 100.

O 3D View é fornecido com um conjunto de LUTs predefinidas que podem ser modificadas, mas não salvas.

Para retornar uma LUT predefinida às configurações padrão

• Clique no botão Redefinir.

Para salvar uma LUT modificada com um novo nome

• Clique no botão Salvar como...

① As alterações em uma LUT predefinida são revertidas com a ação **Salvar como**... e quando o 3D View é reiniciado.

Para salvar alterações em uma LUT personalizada

• Clique no botão Salvar.

O botão Salvar é ativado somente depois que você cria sua própria LUT com **Salvar como**... e modifica a LUT personalizada.

É comum definir uma LUT com uma opacidade crescente, ou seja, quanto maior o valor de cinza, maior a opacidade.

Para redefinir a LUT para uma rampa

• Clique com o botão direito do mouse na tabela e selecione Redefinir para rampa.

Uma LUT é criada com dois pontos com opacidade crescente.

A Janela é o intervalo de escalas de cinza exibido. Os voxels com escalas de cinza fora desse intervalo são mapeados para a cor mais próxima na LUT. O nível é a escala de cinza no centro da Janela. Assim, você pode ajustar a Janela e o Nível para incluir rapidamente um intervalo selecionado de valores de escala de cinza.

② Salvar uma LUT enquanto os dados da TC são carregados fará com que a Janela e o Nível atuais sejam salvos. Eles serão tomados como valores padrão se a LUT for usada com dados de TC no futuro. Se a LUT for usada com dados MR, ela simplesmente reutilizará a Janela e o Nível atuais.

1.5 Visualização de imagens

A Visualização de imagens exibe o volume 2x2 atualmente carregado em várias representações diferentes.

Por padrão, as imagens na Visualização de imagens exibem vários detalhes do paciente e informações de volume. Você pode mostrar ou ocultar essas sobreposições da imagem.

Para mostrar ou ocultar as informações do paciente ou do volume

Selecione o botão e escolha > Opções, selecione Suspensos e marque ou desmarque
 Mostrar informações do paciente.

Para ocultar temporariamente todos os gráficos de sobreposição

• Mantenha pressionada a tecla ALT e o botão direito do mouse.

Você pode ampliar uma das janelas de visualização clicando duas vezes nela.

1.5.1 Visualização Oblíqua dupla

As três janelas de visualização destacadas abaixo, coletivamente chamadas de "oblíqua dupla" (DOV), sempre são exibidas. Elas mostram o volume de três pontos de vista perpendiculares.




1.5.1.1 Placas

Cada imagem oblíqua dupla é uma projeção de intensidade máxima (MIP), projeção de intensidade mínima (MinIP) ou imagem Média de um segmento no volume, denominada placa. A espessura da placa é exibida no canto superior direito de cada janela de visualização oblíqua dupla.

Você pode alterar o método de projeção realizado em cada placa entre MIP, MinIP e Média. O MIP exibe o valor máximo de voxel através da placa, o MinIP exibe o valor mínimo de voxel através da placa e a Média exibe o valor médio de voxel através da placa.

Para alternar entre MIP, MinIP e Média


Clique no gráfico de sobreposição em uma janela de visualização oblíqua dupla.




Você pode alterar a espessura da placa a partir da qual é gerada cada imagem oblíqua dupla.

Para alterar a espessura da placa oblígua dupla

• Clique no segmento tracejado de um eixo e arraste para cima ou para a esquerda para aumentar a espessura da laje ou na direção oposta para diminuir a espessura.



 Clique nos gráficos de sobreposição interativa de placas e arraste para cima ou para baixo para aumentar ou diminuir a espessura.



Ou,

• Clique com o botão direito do mouse nos gráficos de sobreposição interativa de placas e digite um valor específico no campo de entrada.



1.5.2 Visualizações MIP, 3DVR e Empilhamento

Você pode alternar a janela de visualização inferior direita entre várias representações diferentes. Por padrão, a projeção de intensidade máxima (MIP) de todo o volume é exibida. Você pode alterar a janela de visualização inferior direita para a exibição de renderização de volume (3DVR) ou, quando uma reformatação foi executada, para a visualização Empilhamento.

① As visualizações MIP e 3DVR são ativadas por padrão com a opção e escolha > **Opções** > Suspensos > Dupla Oblíqua> Ativar renderização de hardware. Se esta opção estiver desmarcada, as miniaturas MIP, 3DVR e LUT não serão geradas.

Para alternar entre as visualizações MIP, 3DVR e Empilhamento

• Clique no gráfico de sobreposição na janela de visualização inferior direita.



Ou,

• Clique com o botão direito do mouse no gráfico de sobreposição na janela de visualização inferior direita e selecione a visualização no menu de contexto.




Ou,

- 1. Clique na janela de visualização inferior direita para selecioná-la.
- 2. Pressione sucessivamente a barra de espaço ou a tecla backspace.

1.5.3 Visualização de imagem de ponto multitempo

Você pode exibir imagens com vários pontos de tempo. Quando essa imagem é carregada, são exibidos gráficos de sobreposição adicionais.



TP: O ponto de tempo/Número total de pontos de tempo

TD: Atraso no gatilho

Você pode avançar ou retroceder no tempo de várias maneiras.

Para avançar ou retroceder no tempo

• Clique em ou na barra de ferramentas Visualização para ir para o ponto de tempo anterior ou seguinte.

Ou,

 Ative a ferramenta de empilhamento a na barra de ferramentas de controles do mouse e clique e arraste o mouse para a esquerda e para a direita para rolar pelos pontos de tempo.

Ou,

 Pressione a tecla de seta esquerda ou direita para ir para o ponto de tempo anterior ou seguinte.

Ou,

 Clique nos gráficos interativos TP em uma das janelas de visualização para ir para o próximo ponto de tempo.

Ou,

 Clique com o botão direito do mouse nos gráficos interativos TP e insira o número desejado do ponto de tempo.

Ou,

• Selecione e escolha Filme > Anterior ponto de tempo ou Ver > Ponto de tempo seguinte.

2 Navegação de imagens

Este capítulo descreve como você pode percorrer o volume para se concentrar no que é mais interessante.

Retornar o volume ao seu estado inicial

• Clique na barra de ferramentas, ou selecione e escolha Estado de visualização inicial

2.1 Visualização oblíqua dupla

As três janelas de visualização que compõem a visão oblíqua dupla (DOV) mostram o volume de três perspectivas perpendiculares. Cada perspectiva mostra um segmento em uma profundidade específica com uma certa espessura.

A orientação para cada janela de visualização é indicada pelo cubo de orientação no canto inferior direito. Girando uma janela de visualização tem o efeito de mudar a perspectiva de uma câmera. À medida que você gira o volume, o cubo de orientação também gira. As letras no cubo indicam a posição:



Clique com o botão direito do mouse no cubo de orientação para selecionar e girar para uma das seis orientações principais, a orientação **Original** produzida durante a digitalização ou **Redefinir** para a orientação padrão quando o 3D View for iniciado.

Os eixos mostrados em cada janela de visualização também indicam orientação. Cada eixo de cor aparece em duas janelas de visualização, formando um plano: vermelho, verde e azul.

Mostrar ou ocultar os eixos


• Clique em na barra de ferramentas ou pressione CTRL + K ou selecione e escolha Mostrar/ocultar eixos no menu.

Você pode navegar pelo volume de várias maneiras diferentes. O principal método de navegação é clicar e arrastar os eixos ou girar os eixos. Os eixos são centralizados novamente na janela de visualização após convertê-los.

Centralizar a imagem em um novo local

- 1. Mova o mouse para o centro dos eixos. O cursor do mouse muda para o cursor Mover
- 2. Clique e arraste os eixos para o local desejado.

Por padrão, os eixos são centralizados novamente nessa janela de visualização. Para desativar a centralização automática, selecione a opção Ativar centro automático.




Para arrastar os eixos verticalmente, pressione a tecla Ctrl depois de pressionar a tecla do mouse e arraste.

Para arrastar os eixos horizontalmente, pressione a tecla SHIFT após pressionar a tecla do mouse e arraste.

Para girar a imagem sobre o centro dos eixos

- 1. Mova o mouse para uma alça circular no final de um eixo. O cursor do mouse muda para o cursor Girar .
- 2. Clique e arraste os eixos para o ângulo desejado.



Você também pode selecionar um dos vários métodos de navegação no botão esquerdo do mouse. Cada método está disponível no menu de contexto da janela de visualização oblíqua dupla. A seleção no menu de contexto define o que a função de clicar e arrastar do mouse faz.



A ação padrão do botão esquerdo do mouse pode ser alterada com a opção, selecione e Opções > Suspensos > DoubleOblique. Modificar ação padrão do botão esquerdo do mouse > DOV.

2.1.1 Empilhamento

Você pode entrar e sair dos segmentos da janela de visualização usando Empilhamento quando vir o cursor Empilhar .

Para entrar e sair

• Role a roda do mouse.

Ou,

• Pressione e segure ALT + SHIFT e clique e arraste o mouse para cima e para baixo.

- 1. Selecione Empilhamento no menu de contexto.
- 2. Clique e arraste o mouse para frente e para trás para rolar pelos segmentos.

Com qualquer uma das técnicas, se a rolagem chegar a um dos lados, ela será interrompida no primeiro ou no último segmento.

2.1.2Zoom

Você pode aumentar e diminuir o zoom na janela de visualização usando o Zoom, quando vir o cursor Ampliar $^{\bigcirc}$.

Para aumentar e diminuir o zoom

Pressione e mantenha pressionada a tecla CTRL enquanto gira a roda do mouse.

Ou,

Pressione e segure SHIFT + CTRL, clique e arraste o mouse para cima e para baixo.

Ou,

• Clique e arraste nas etiquetas interativas dos gráficos de sobreposição de escala.

Ou,

 Clique nas etiquetas interativas dos gráficos de sobreposição de escala para aumentar o zoom.

Clique com o botão direito do mouse nas etiquetas interativas para diminuir o zoom.

Ou,

- 1. Selecione Zoom no menu de contexto.
- 2. Clique e arraste o mouse para frente e para trás para aumentar e diminuir o zoom.

O fator de zoom atual é exibido nos gráficos de sobreposição de escala em cada janela de visualização. O valor acima da escala é o tamanho físico da escala. O número abaixo da escala indica o zoom relativo: 100% significa que um pixel de exibição é igual a um voxel de aquisição.

2.1.3 Panorâmica

Você pode mover a imagem dentro da janela de visualização para a esquerda, direita, para cima e para baixo usando a Panorâmica quando vir o cursor Mão $\ref{eq:parabaixo}$.

Para deslocar a imagem

• Pressione e mantenha pressionada a tecla CTRL, clique e arraste o mouse em qualquer direção.

Ou,

• Clique com o botão do meio e arraste o mouse em qualquer direção.

- 1. Selecione Panorâmica no menu de contexto.
- 2. Clique e arraste o mouse em qualquer direção.

2.1.4Giratória

Você pode girar o volume sobre os eixos usando Girar quando vir o cursor Girar $^{\bigcirc}$.



Girar sobre um eixo

Mantenha pressionada a tecla ALT, clique e arraste o mouse em qualquer direção.

Ou,

- 1. Selecione Girar no menu de contexto.
- 2. Clique e arraste o mouse em qualquer direção.

O volume gira em torno do eixo (vermelho, verde ou azul) perpendicular à direção do movimento do mouse.

2.1.5Largura e nível da janela

Você pode ajustar a largura e o nível da janela (WWL) quando vir o cursor WWL.



Ajustar a largura e o nível da janela

- Clique com o botão direito e arraste
 - Direita ou esquerda para aumentar ou diminuir a largura.
 - Para cima ou para baixo para aumentar ou diminuir o nível.

Ou,

Clique na largura da janela ou no nível de gráficos interativos e arraste para cima ou para baixo para aumentar ou diminuir a largura ou o nível da janela.


Ou,

Clique com o botão direito do mouse na largura da janela ou no nível de gráficos interativos e insira os valores desejados.

- 1. Selecione Janela/Nível no menu de contexto
- 2. Clique e arraste
 - Direita ou esquerda para aumentar ou diminuir a largura.

o Para cima ou para baixo para aumentar ou diminuir o nível.

A largura e o nível atuais da janela são exibidos nos gráficos de sobreposição inferior direito em cada janela de visualização.



Pressione a tecla 1.

Ou,


- Clique no botão do meio do mouse na largura da janela e gráficos interativos de nível.
- ① Valores diferentes de largura e nível da janela são mantidos para a visualização oblíqua dupla, visualização MIP e 3DVR.

2.2 Visualização MIP, 3DVR e Empilhamento


Você pode visualizar as vistas de projeção de intensidade máxima (MIP), renderização de volume (3DVR) e Empilhamento na janela de visualização inferior direita, conforme explicado na seção 1.5.2.

As visualizações MIP e 3DVR são ativadas por padrão com e Opções > Suspensos > DoubleOblique > Ativar renderização de hardware. Se esta opção estiver desmarcada, as miniaturas MIP, 3DVR e LUT não serão geradas.

Você pode selecionar um dos vários métodos de navegação no botão esquerdo do mouse. Cada método está disponível no menu de contexto da janela de visualização inferior direita. A seleção no menu de contexto define o que a função clicar e arrastar do mouse faz.



Empilhamento



MIP e 3DVR

A ação padrão do botão esquerdo do mouse pode ser alterada com a opção e Opções > Suspensos > DoubleOblique > Ação padrão do botão esquerdo do mouse > Empilhamento ou MIP e VR.

2.2.1 Rodar

Rodar

Mantenha pressionada a tecla ALT, clique e arraste o mouse em qualquer direção.

Ou,

- 1. Selecione Rodar no menu de contexto.
- 2. Clique e arraste o mouse em qualquer direção.

O volume gira em torno do eixo perpendicular à direção do movimento do mouse.

2.2.2Zoom

Você pode aumentar e diminuir o zoom na janela de visualização usando o Zoom, quando vir o cursor Ampliar $^{\textcircled{Q}}$.

Para aumentar e diminuir o zoom

Pressione e mantenha pressionada a tecla CTRL enquanto gira a roda do mouse.

Ou,

Pressione e segure SHIFT + CTRL, clique e arraste o mouse para cima e para baixo.

Ou,

 (Empilhamento apenas) Clique e arraste nas etiquetas interativas dos gráficos de sobreposição de escala.

Ou,

 (Empilhamento apenas) Clique nas etiquetas interativas dos gráficos de sobreposição da escala para aumentar o zoom.

Clique com o botão direito do mouse nas etiquetas interativas para diminuir o zoom.

Ou,

- 1. Selecione **Zoom** no menu de contexto.
- 2. Clique e arraste o mouse para frente e para trás para aumentar e diminuir o zoom.

O fator de zoom atual é exibido nos gráficos de sobreposição de escala na janela de visualização Empilhamento. O valor acima da escala é o tamanho físico da escala. O número abaixo da escala indica o zoom relativo: 100% significa que um pixel de exibição vertical é igual a um voxel de aquisição.

Você pode redefinir o fator de zoom para 100% clicando no botão do meio do mouse sobre os gráficos interativos de zoom.

2.2.3 Panorâmica

Você pode mover a imagem dentro da janela de visualização para a esquerda, direita, para cima e para baixo usando a Panorâmica quando vir o cursor Mão

Para deslocar a imagem

 Pressione e mantenha pressionada a tecla CTRL, clique e arraste o mouse em qualquer direção.

Ou,

• Clique com o botão do meio e arraste o mouse em qualquer direção.

Ou,

- 1. Selecione Panorâmica no menu de contexto.
- 2. Clique e arraste o mouse em qualquer direção.

2.2.4Largura e nível da janela

Você pode ajustar a largura e o nível da janela (WWL) de duas maneiras quando vir o cursor WWL

Para ajustar a largura e o nível da janela

- Clique com o botão direito e arraste
 - Direita ou esquerda para aumentar ou diminuir a largura.
 - Para cima ou para baixo para aumentar ou diminuir o nível.

- 1. Selecione Janela/Nível no menu de contexto
- 2. Clique e arraste
 - Direita ou esquerda para aumentar ou diminuir a largura.
 - Para cima ou para baixo para aumentar ou diminuir o nível.
- A largura e o nível atuais da janela são exibidos nos gráficos de sobreposição inferior direito.
- A largura e o nível da janela do 3DVR também podem ser ajustados no Editor LUT.
- Você pode redefinir a largura e o nível da janela pressionando a tecla 1.
- U Valores diferentes de largura e nível da janela são mantidos para a visualização oblíqua dupla, visualização MIP e 3DVR.

Trabalhando com o 3D View

3 Resultados

Os resultados são os produtos de trabalho que você pode produzir com o 3D View. Nesta aplicação, os resultados que você pode criar incluem:

- Anotações,
- Medições de distância,
- Medições de área,
- Medições de distâncias duplas,
- Fotos instantâneas,
- Esculturas para remover informações alheias,
- Reformatar em formato retangular,
- Reformatar em formato radial e
- Você pode salvar todos os resultados por vários meios.

O 3D View é fornecido com um conjunto padrão de etiquetas de resultados predefinidos. As etiquetas predefinidas podem ser modificadas no arquivo 3D ViewProcedureLabels.xml encontrado na pasta de dados do aplicativo.

3.1 Anotações


Este capítulo aborda a adição, edição e exclusão de anotações.

Você pode alterar a etiqueta de texto padrão, a cor dos gráficos e o estilo da ponta da seta,

selecionando e Opções > Resultados> Anotação de texto. A nova cor dos gráficos e o estilo da ponta da seta são aplicados às anotações existentes.

3.1.1 Adicionando anotações

Você pode adicionar anotações a uma janela de visualização para marcá-la para análise ou chamar atenção para detalhes específicos. As anotações são exibidas na Visualização de imagem e listadas no painel Resultados.



Quando você navega para outro local no volume, sua anotação pode não ser exibida na janela de visualização oblíqua dupla. Isso ocorre porque o ponto ao qual a anotação se refere não está no segmento visível no momento. Para ver sua anotação novamente, clique com o botão direito do mouse na anotação no painel Resultados e selecione Localizar; ou clique duas vezes na anotação no painel Resultados.

Para adicionar uma anotação

- 1. Clique em BC na barra de ferramentas ou selecione Resultados> Anotação de texto no menu.
- 2. Clique e arraste na imagem para desenhar a seta.
- 3. Selecione uma etiqueta predefinida ou digite uma etiqueta personalizada e pressione Enter.
- 4. Clique e arraste a ponta da seta ou o texto para ajustar o local exato da imagem que você deseja marcar.
- 5. Clique fora da anotação. O gráfico muda para branco, indicando que saiu do modo de edição.


Isso adiciona a anotação à lista Anotações no painel Resultados. A qualquer momento enquanto a anotação ainda estiver ativa, você pode pressionar Esc para remover a anotação.

3.1.2Edição de anotações

Você pode modificar o texto e o local das anotações adicionadas anteriormente.

Para editar o texto da anotação

- 1. No painel Resultados, selecione o resultado.
- 2. No painel Propriedades, clique nas reticências à direita do campo etiqueta e selecione uma etiqueta predefinida ou digite uma etiqueta personalizada e pressione Enter.



Ou,

- 1. No painel Resultados, clique com o botão direito do mouse no resultado e selecione Editar.
- 2. Selecione uma etiqueta predefinida ou digite uma etiqueta personalizada e pressione Enter.

Editar o local da anotação

- 1. Clique no gráfico de anotação.
- 2. Clique e arraste a ponta da seta ou o texto para ajustar o local exato da imagem que você deseja marcar.

3.1.3 Excluir anotações

Você pode excluir qualquer anotação que foi adicionada a uma janela de visualização.

Excluir uma anotação

Clique no gráfico da anotação e pressione Excluir.

Ou,

- 1. Selecione a anotação na lista Anotações no painel Resultados.
- Pressione Del no teclado ou clique com o botão direito do mouse e selecione Remover...
 Isso exclui a anotação.

3.2 Medições

Esta seção aborda os seguintes tópicos:

- Criação, edição e exclusão de medições de distância
- Criação, edição e exclusão de medições de área e

Criação, edição e exclusão de medições de distâncias duplas.

3.2.1 Medições de distância

Você pode medir a distância de um ponto para outro. Quando você mede uma distância, pode modificar a anotação e os pontos finais da medição.


Você pode alterar A etiqueta de texto padrão, a cor dos gráficos e o estilo da ponta da seta,

selecionando e Opções> Resultados> Medição de distância. A nova cor gráfica e o estilo da ponta da seta são aplicados às medições de distância dupla existentes.

Quando você navega para outro local no volume, sua medida pode não ser exibida na janela de visualização oblíqua dupla. Isso ocorre porque os pontos entre os quais você mediu não estão no segmento visível no momento. Para ver sua medida novamente, clique com o botão direito do mouse na medida no painel Resultados e selecione Localizar; ou clique duas vezes na medida no painel Resultados.

3.2.1.1 Criar medições de distância

Você pode adicionar medições de distância a uma janela de visualização para análise. As medidas de distância são exibidas na Visualização de imagem e listadas no painel Resultados.



Medir uma distância

- 1. Clique na barra de ferramentas ou pressione a tecla D ou selecione Resultados > Medição de distância no menu.
- 2. Clique e arraste a imagem do ponto inicial da medição até o ponto final.
- 3. Selecione uma etiqueta predefinida ou digite uma etiqueta personalizada e pressione Enter.
- 4. Clique e arraste a ponta da seta ou o texto para ajustar os pontos da imagem entre os quais você deseja medir.

5. Clique fora da medição. O gráfico muda para branco, indicando que saiu do modo de edição.


Isso adiciona a medição à lista Medidas no painel Resultados. A qualquer momento enquanto a medição ainda estiver ativa, você pode pressionar Esc para remover a medição .

3.2.1.2 Edição de medições de distância

Você pode modificar o texto e o local das medições de distância que foram adicionadas anteriormente.

3.2.1.3 Editar o texto da medição de distância

- 1. No painel Resultados, selecione o resultado.
- 2. No painel Propriedades, clique nas reticências à direita do campo etiqueta e selecione uma etiqueta predefinida ou digite uma etiqueta personalizada e pressione Enter.



Ou,

- 1. No painel Resultados, clique com o botão direito do mouse no resultado e selecione Editar.
- 2. Selecione uma etiqueta predefinida ou digite uma etiqueta personalizada e pressione Enter.

Editar pontos finais de medição de distância

- 1. Clique no gráfico de medição de distância.
- 2. Clique e arraste uma das setas para ajustar os pontos na imagem entre os quais você deseja medir.

3.2.1.4 Copiar medições de distância

Você pode copiar uma medição de distância para a área de transferência.

Para copiar uma medição de distância

 No painel Resultados, clique com o botão direito do mouse no resultado e selecione Copiar para a área de transferência.

A etiqueta e o valor do resultado são copiados para a área de transferência.

3.2.1.5 Eliminar medições de distância

Você pode excluir qualquer medição de distância que foi adicionada a uma janela de visualização.

Excluir uma medição de distância

Clique no gráfico de medição de distância e pressione Excluir.

Ou,

- 1. Selecione a medição da distância na lista Medidas, no painel Resultados.
- Pressione Del no teclado ou clique com o botão direito do mouse e selecione Remover.
 Isso exclui a medição de distância.

3.2.2Medições de área


Você usa a ferramenta de medição de área para desenhar e medir áreas 2D. Quando você mede uma área, pode modificar o contorno ou a anotação da área.

Você pode alterar A etiqueta de texto padrão, a cor dos gráficos e quais medições são exibidas,

selecionando e Opções> Resultados> Medição de área. A nova cor dos gráficos é aplicada às medições de área existentes.

Quando você navega para outro local no volume, sua medição pode não ser exibida na janela de visualização oblíqua dupla. Isso ocorre porque o plano 2D no qual você mediu a área não é coplanar com a fatia atualmente visível. Para ver sua medição novamente, clique com o botão direito do mouse na medição no painel Resultados e selecione Localizar; ou clique duas vezes na medição no painel Resultados.

3.2.2.1 Criação de áreas de medição



Medir uma área

- 1. Clique na barra de ferramentas ou pressione a tecla A ou selecione Resultados> Medição de área no menu.
- 2. Clique e arraste para desenhar a área. O contorno é fechado automaticamente quando você solta o botão do mouse.
- 3. Modifique o contorno conforme necessário (consulte Edição de medições de área abaixo).
- 4. No painel Propriedades, marque Área ou circunferência para exibir uma ou ambas as medições.
- 5. Clique fora do contorno. O gráfico muda para branco, indicando que saiu do modo de edicão.

Isso adiciona a medida à lista Medidas no painel Resultados. A qualquer momento enquanto a medida ainda estiver ativa, você pode pressionar Esc para remover a medida.

3.2.2.2 Edição de medições de área

Modificar o contorno

- 1. Clique no contorno para torná-lo ativo.
- 2. Perto do contorno existente, clique e arraste um contorno alterado. A alteração será combinada com a original.

Ou,

Clique com o botão direito do mouse no contorno e arraste-o, usando a ferramenta Elástico.

3. Clique fora do contorno. O gráfico muda para branco, indicando que não está mais no modo de edição.

3.2.2.3 Copiar medições de área

Você pode copiar uma medição de área para a área de transferência.

Copiar uma medição de área

 No painel Resultados, clique com o botão direito do mouse no resultado e selecione Copiar para a área de transferência.

A etiqueta e o valor do resultado são copiados para a área de transferência.

3.2.2.4 Excluir medições de área

Você pode excluir qualquer medição de área que foi adicionada a uma janela de visualização.

Excluir uma medição de área

• Clique no gráfico de medição de área e pressione Excluir.

Ou,

- 1. Selecione a medição da área na lista Medidas no painel Resultados.
- Pressione Del no teclado ou clique com o botão direito do mouse e selecione Remover.
 Isso exclui a medição da área.

3.2.3 Medições de distâncias duplas

Você usa a ferramenta de medição de distância dupla para desenhar e medir duas distâncias relacionadas. Quando você mede uma distância dupla, pode modificar a anotação e os pontos finais da medição.

Você pode alterar a etiqueta de texto padrão, a cor dos gráficos para status ativo e inativo e o

estilo da ponta de seta, selecionando e Opções > Resultados > Medição de distância dupla. A nova cor dos gráficos e o estilo da ponta da seta são aplicados às medições de distância existentes.

Quando você navega para outro local no volume, sua medida pode não ser exibida na janela de visualização oblíqua dupla. Isso ocorre porque os pontos entre os quais você mediu não estão na fatia visível no momento. Para ver sua medida novamente, clique com o botão direito do mouse na medida no painel Resultados e selecione Localizar.

3.2.3.1 Criar medições de distâncias duplas

Você pode adicionar medições de distâncias duplas a uma janela de visualização para análise. As medições de distâncias duplas são exibidas na Visualização de imagem e listadas no painel Resultados.



Medir uma distância dupla

- 1. Clique no ícone na barra de ferramentas ou pressione a tecla R ou selecione **Resultados** > **Medição** de distância no menu.
- 2. Da mesma forma que na medição de distância, clique e arraste a imagem duas vezes para criar as duas medições.
- 3. Selecione uma etiqueta predefinida ou digite uma etiqueta personalizada e pressione Enter.
- 4. Clique e arraste qualquer um dos seguintes elementos para atender às suas necessidades:
 - Cabeças de flecha
 - · Corpos das linhas de medição
 - Texto
- 5. Clique fora da medição. O gráfico muda para inativo, indicando que saiu do modo de edição.

Isso adiciona a medição à lista **Medições** no painel **Resultados**. A qualquer momento enquanto a medição ainda estiver ativa, você pode pressionar Esc para remover a medida.


3.2.3.2 Edição de medições de distâncias duplas

Você pode modificar o texto e o local das medições de distância dupla que foram adicionadas anteriormente.

Para editar texto de medição de distância dupla

- 1. No painel Resultados, selecione o resultado.
- 2. No painel **Propriedades**, clique nas reticências à direita do campo etiqueta e selecione uma etiqueta predefinida ou digite uma etiqueta personalizada e pressione Enter.





Ou,

- 3. No painel Resultados, clique com o botão direito do mouse no resultado e selecione Editar.
- 4. Selecione uma etiqueta predefinida ou digite uma etiqueta personalizada e pressione Enter.

Para editar pontos finais de medição de distâncias duplas

- 1. Clique no gráfico de medição de distância dupla.
- 2. Clique e arraste qualquer ponta de seta para ajustar os pontos na imagem entre os quais você deseja medir.

3.2.3.3 Copiar medições de distância dupla

Você pode copiar uma medição de distância dupla para a área de transferência.

Copiar uma medição de distância dupla

 No painel Resultados, clique com o botão direito do mouse no resultado e selecione Copiar para a área de transferência.

A etiqueta e os valores do resultado são copiados para a área de transferência.

3.2.3.4 Excluir medições de distâncias duplas

Você pode excluir qualquer medição de distância dupla que foi adicionada a uma janela de visualização.

Excluir uma medição de distância dupla

Clique no gráfico de medição de distância dupla e pressione Del.

Ou,

- 3. Selecione a medição de distância dupla na lista Medidas, no painel Resultados.
- 4. Pressione Del no teclado ou clique com o botão direito do mouse e selecione Remover.

Isso exclui a medição de distância dupla.

3.3 Fotos instantâneas

Você pode salvar fotos instantâneas como evidência de um diagnóstico. As fotos instantâneas são exibidas no painel Propriedades e listadas no painel Resultados. Quando uma foto instantânea é criada, você pode modificar o nome a qualquer momento. Uma foto instantânea pode ser exportada conforme descrito na seção 3.5.2.5.

Você pode alterar a etiqueta de texto padrão, selecionando e Opções > Resultados > Foto instantânea.

Uma foto instantânea contém por padrão todos os elementos gráficos, mas nenhum texto. Você

também pode incluir todo o texto para futuras fotos instantâneas, marcando a opção e Opções > Resultados > Foto instantânea > Incluir texto de sobreposição.


Quando você navega para outro local no volume, as anotações e medições mostradas na foto instantânea podem não ser exibidas na janela de visualização oblíqua dupla. Isso ocorre porque os pontos nos quais as anotações e medições foram criadas não estão na fatia visível no momento. Para retornar à mesma fatia em que uma foto instantânea foi criada, clique com o botão direito do mouse na foto instantânea no painel Resultados e selecione Localizar; ou clique duas vezes na foto instantânea no painel Resultados.

3.3.1 Criação de fotos instantâneas

Você pode criar uma foto instantânea do estado atual de qualquer janela de visualização.

Salvar uma foto instantânea

- 1. Clique na barra de ferramentas ou pressione a tecla S ou selecione **Resultados** > **Foto** instantânea no menu.
- 2. Clique na janela de visualização que deseja salvar como uma foto instantânea.
- 3. No painel Propriedades, clique nas reticências à direita do campo Etiqueta e selecione uma etiqueta predefinida ou digite uma etiqueta personalizada e pressione Enter.



3.3.2Excluir fotos instantâneas

Você pode excluir qualquer foto instantânea criada.

Para excluir uma foto instantânea

- 1. Selecione a foto instantânea na lista Fotos instantâneas no painel Resultados.
- Pressione Del no teclado ou clique com o botão direito do mouse e selecione Remover.
 Isso exclui a foto instantânea.

3.4 Escultura

Você pode remover informações alheia do volume usando a escultura. Isso pode ajudar a chamar a atenção para o assunto de seu interesse. Depois de criado, você pode modificar uma escultura posteriormente. As esculturas geralmente são salvas como parte de uma reformatação.

Você pode alterar a etiqueta de texto padrão selecionando **Escultura**.



e Opções > Resultados >


3.4.1 Criação de esculturas

A escultura é feita desenhando um contorno 2D que é então projetado através do volume. Assim, pode ser útil primeiro orientar estrategicamente o volume antes de desenhar o contorno. Você pode remover (ou restaurar) os voxels dentro ou fora do contorno.

Original

(com contorno de escultura)





Esculpido


Criar uma escultura

- 1. Clique and na barra de ferramentas ou selecione **Resultados** > **Escultura** no menu.
- 2. No painel **Propriedades**, clique nas reticências à direita do campo **Etiqueta** e selecione uma etiqueta predefinida ou digite uma etiqueta personalizada e pressione Enter.
- 3. Clique e arraste para desenhar o contorno. O contorno é fechado automaticamente quando você solta o botão do mouse.
 - Sempre que um contorno estiver ativo, você poderá excluí-lo pressionando a tecla Del.
- 4. Modifique o contorno conforme necessário.
 - Perto do contorno existente, clique e arraste um contorno alterado. A alteração será combinada com a original.


Ou,

- Clique com o botão direito do mouse no contorno e arraste-o, usando a ferramenta Elástico.
- 5. No painel Propriedades, selecione a Ação desejada.

Com Excluir selecionado, o cursor do mouse muda para um apagador Ina janela de visualização.



Com **Incluir** selecionado, o cursor do mouse muda para um balde de tinta na janela de visualização.




- 6. Clique dentro ou fora do contorno para executar a ação selecionada.
 - Pressionar a tecla SHIFT antes do clique executa a ação selecionada na região oposta, dentro em vez de fora ou fora em vez de dentro.
- 7. Navegue no volume conforme desejado.
 - Empilhamento: Roda.
 - Zoom: CTRL + roda.
 - Panorâmica: CTRL + clique e arraste, ou clique e arraste com o botão do meio.
 - Girar: ALT + clique e arraste.
 - Largura e nível da janela: clique com o botão direito e arraste.
- 8. Repita as etapas 3 Error! Reference source not found., conforme necessário.
- 9. Clique em Concluir no painel Propriedades.

Ao editar uma escultura, você pode ocultar os eixos se eles atrapalharem, alternando o botão da barra de ferramentas Eixos.

Você pode restaurar o volume completo temporariamente.

- Se você estiver editando a escultura, limpe a caixa de seleção Aplicar escultura no painel Propriedades.
- Se você não estiver editando a escultura, clique com o botão direito do mouse na escultura no painel Resultados e limpe a caixa de seleção ao lado de Aplicar.



3.4.2Edição de esculturas

Você pode editar a etiqueta da escultura em qualquer estado, mas para editar a escultura em si, é necessário entrar no modo de edição.

Para editar o texto da escultura

- 1. No painel Resultados, selecione a escultura.
- 2. No painel Propriedades, clique nas reticências à direita do campo **Etiqueta** e selecione uma etiqueta predefinida ou digite uma etiqueta personalizada e pressione Enter.

Ou,

- 1. No painel Resultados, clique com o botão direito do mouse no resultado e selecione Editar.
- 2. Selecione uma etiqueta predefinida ou digite uma etiqueta personalizada e pressione Enter.

Para editar uma escultura

- 1. No painel Resultados, clique com o botão direito do mouse no resultado e selecione Editar.
- 2. Siga as instruções na seção Error! Reference source not found., começando na etapa 3.

3.4.3 Excluir esculturas

Você pode excluir qualquer escultura.

Para excluir uma escultura

- 1. Selecione a escultura na lista Esculturas no painel Resultados.
- 2. Pressione Del no teclado ou clique com o botão direito do mouse e selecione Remover.


Isso exclui a escultura.

3.5 Reformatação

Você pode criar um novo volume com base em uma amostragem do volume existente em qualquer transformação afim, como escala, rotação ou conversão, obtida por meio da interface com o usuário do 3D View. Você também pode criar um novo volume com base em uma amostragem radial do volume existente.

3.5.1 Reformatação de empilhamento

Uma reformatação de empilhamento é uma amostra do volume existente na translação, rotação e zoom atualmente exibidos na visualização oblíqua dupla. A amostragem é armazenada como uma série de segmentos. O espaçamento da amostra é definido como uma propriedade da reformatação.



Você pode alterar as propriedades padrão selecionando e Opções > Resultados > Reformatar.

As reformatações de empilhamento podem ser salvas no formato DICOM e reabertas no 3D View. As reformatações de empilhamento também podem ser salvas como um vídeo no formato AVI. Os vídeos devem ser abertos com um visualizador compatível.

3.5.1.1 Criação de reformatação de empilhamento

Você pode orientar o volume antes de executar uma reformatação de empilhamento. As reformatações de empilhamento estão listadas no painel Resultados.

Criar uma reformatação de empilhamento

- 1. Clique na barra de ferramentas em ou e em Paquímetros > Reformatar no menu.
- 2. Clique na janela de visualização que é coplanar para o primeiro segmento

Aparecem gráficos de sobreposição que indicam a geometria inicial do empilhamento.


A janela de visualização inferior direita alterna para a exibição Empilhamento e mostra aos segmentos reformatados.

- 3. No painel Propriedades, clique nas reticências à direita do campo etiqueta e selecione uma etiqueta predefinida ou digite uma etiqueta personalizada e pressione Enter.
- 4. Ajuste outras propriedades conforme necessário (consulte as seções Error! Reference source not found. e 3.5.1.3). Você também pode posicionar os gráficos da sobreposição com o mouse ou modificar o tamanho usando as pegas circulares da alça. O segmento atualmente exibido na visualização Empilhamento é atualizado para cada alteração.
- 5. Clique em **Concluir** no painel Propriedades. As fatias restantes para a visualização Empilhamento são calculadas.


3.5.1.2 Gráficos interativos da reformatação de empilhamento

Quando uma reformatação de empilhamento está ativa, você pode manipular os gráficos interativos de várias maneiras.


Quando o cursor do mouse o apontador estiver visível, você poderá converter o volume em qualquer porta de visualização oblíqua dupla.




Você pode ajustar o tamanho de cada segmento na vista superior com as alças circulares.



Você pode ajustar o número de segmentos na visualização lateral com as alças circulares.




Usando a roda de rolagem na visualização Empilhamento na janela de visualização inferior direita, você pode rolar pelo conjunto atual de segmentos. A posição do segmento é indicada pelas linhas e índices amarelos nas duas vistas oblíquas da vista lateral.



3.5.1.3 Propriedades na reformatação de empilhamento

Você pode editar as propriedades de uma reformatação de empilhamento enquanto a cria ou depois clicando com o botão direito do mouse na reformatação de empilhamento no painel Resultados e selecionando **Editar**.



Etiqueta: A etiqueta de texto para esta reformatação. Clique nas reticências

para escolher em uma lista de etiquetas predefinidas ou digite uma

etiqueta personalizada.

Método: O método (Empilhamento) usado para gerar essa reformatação. Isso

não pode ser alterado.

Método de projeção: O método de projeção (Intensidade máxima (padrão), Intensidade

mínima ou Intensidade média) para esta reformatação.

Linhas x colunas: O número de linhas e colunas de voxel para cada fatia da

reformatação. Se Ativar campo de visão quadrado estiver marcado,

o formato será restrito a segmentos quadrados.

Campo de visualização (mm): Tamanho físico de cada segmento.

Contagem de segmentos: Número de segmentos.

Espessura do segmento (mm): Espessura física de cada segmento. O método de projeção é

realizado sobre essa espessura.

Distância do segmento (mm): Distância física entre os segmentos. Um valor negativo resulta em

sobreposição entre os segmentos.

Modo de redimensionamento: A propriedade que muda quando você move as pegas de alça

circular do empilhamento.

Ativar campo de visão quadrado: Quando marcado (padrão), o campo de visão é forçado a ser

quadrado. Para melhorar a compatibilidade com outros aplicativos, as imagens salvas com um campo de visão não

quadrado são preenchidas para produzir uma imagem

quadrada.

Mostrar gráficos: Quando marcado, mostra a sobreposição de gráficos na

Visualização de imagem.

Aplicar a todos os pontos de tempo: Quando marcada, a reformatação é aplicada a todos os

pontos de tempo.

3.5.1.4 Edição de reformatações de empilhamento

Você pode modificar as propriedades de uma reformatação de empilhamento após criá-la.

Editar reformatação de empilhamento

1. Clique com o botão direito do mouse na reformatação de empilhamento no painel **Resultados** e selecione **Editar**.

2. Modifique as propriedades no painel Propriedades, conforme necessário.

Ou,

Clique e arraste os gráficos interativos na visualização oblíqua dupla.

3. Clique em **Concluir** no painel Propriedades. Os segmentos restantes para a visualização empilhamento são calculados.

3.5.1.5 Excluir reformatação de empilhamento


Você pode excluir qualquer reformatação de empilhamento que foi criada.

Excluir uma reformatação de empilhamento

- 1. Selecione a reformatação de empilhamento na lista Reformatações no painel Resultados.
- 2. Pressione Del no teclado ou clique com o botão direito do mouse e selecione **Remover.** Isso exclui a reformatação de empilhamento.

3.5.2Reformatação radial

Uma reformatação radial é uma amostra radial do volume existente na translação, rotação e zoom atualmente exibidos na visualização oblíqua dupla. A amostragem é armazenada como uma série de segmentos espaçados radialmente. O espaçamento da amostra é definido como uma propriedade da reformatação.



Você pode alterar as propriedades padrão selecionando e Opções > Resultados > Reformatação radial.

As reformatações radiais podem ser exportadas no formato DICOM ou como um vídeo no formato AVI, mas também não podem ser reabertas no 3D View. Os vídeos devem ser abertos com um visualizador compatível.

3.5.2.1 Criar reformatações radiais

Você pode orientar o volume antes de realizar uma reformatação radial. Reformatações radiais estão listadas no painel Resultados.

Criar uma reformatação radial

- 1. Clique na barra de ferramentas ou selecione e Paquímetros > Reformatação Radial no menu.
- 2. Clique na janela de visualização em que deseja visualizar o padrão de raio radial.

Aparecem gráficos de sobreposição que indicam a geometria inicial da reformatação.


- A janela de visualização inferior direita alterna para a exibição de empilhamento e mostra os segmentos reformatados.
- 3. No painel Propriedades, clique nas reticências à direita do campo Etiqueta e selecione uma etiqueta predefinida ou digite uma etiqueta personalizada e pressione Enter.

- 4. Ajuste outras propriedades conforme necessário (consulte as seções Error! Reference source not found.). Você também pode posicionar os gráficos da sobreposição com o mouse ou modificar o tamanho usando as pegas circulares da alça. O segmento atual é exibido na visualização Empilhamento é atualizada para cada alteração.
- 5. Clique em **Concluir** no painel Propriedades. Os segmentos restantes para a visualização empilhamento são calculados.


3.5.2.2 Gráficos interativos de reformatação radial

Quando uma reformatação radial está ativa, você pode manipular os gráficos interativos de várias maneiras.


Quando o cursor do mouse apontador estiver visível, você poderá converter o volume em qualquer porta de visualização oblíqua dupla.



Você pode ajustar o tamanho de um segmento com as alças circulares.



Usando a roda de rolagem na exibição radial oblíqua dupla ou a exibição Empilhamento na janela de visualização inferior direita, você pode rolar pelo conjunto atual de segmentos. A posição do segmento é indicada pela linha amarela e pelo índice na visualização radial oblíqua dupla.



3.5.2.3 Propriedades da reformatação radial

Você pode editar as propriedades de uma reformatação radial enquanto a cria ou depois clicando com o botão direito do mouse na reformatação radial no painel Resultados e selecionando **Editar**.



Etiqueta: A etiqueta de texto para esta reformatação. Clique nas reticências

para escolher em uma lista de etiquetas predefinidas ou digite uma

etiqueta personalizada.

Método: O método (Radial) usado para gerar essa reformatação. Isso não

pode ser alterado.

Método de projeção: O método de projeção (Intensidade máxima (padrão), Intensidade

mínima ou Intensidade média) para esta reformatação.

Linhas x colunas: O número de linhas e colunas de voxel para cada segmento da

reformatação. Se estiver marcado Ativar campo de visão quadrado,

o formato será restrito a segmentos quadrados.

Campo de visão (mm): Tamanho físico de cada segmento.

Contagem de segmentos: Número de segmentos. Os segmentos são sempre igualmente

espaçados em 360°.

Espessura do segmento (mm): Espessura física de cada segmento. O método de projeção é

realizado sobre essa espessura.

Ativar campo de visão quadrado: Quando marcado (padrão), o campo de visão é forçado a ser

quadrado. Para melhorar a compatibilidade com outros aplicativos, as imagens salvas com um campo de visão não quadrado são preenchidas para produzir uma imagem

quadrada.

Mostrar gráficos: Quando marcado, mostra a sobreposição de gráficos na

Visualização de imagem.

Aplicar a todos os pontos de tempo: Quando marcada, a reformatação radial é aplicada a todos

os pontos de tempo.

3.5.2.4 Edição de reformatações radiais

Você pode modificar as propriedades de uma reformatação radial após criá-la.

Para editar uma reformatação radial

- Clique com o botão direito do mouse na reformatação radial no painel Resultados e selecione Editar.
- 2. Modifique as propriedades no painel Propriedades, conforme necessário.

Ou,

Clique e arraste os gráficos interativos na visualização oblíqua dupla.

3. Clique em Concluir no painel Propriedades. Os segmentos restantes para a visualização de Empilhamento são calculados.

3.5.2.5 Eliminar reformatações radiais

Você pode excluir qualquer reformatação radial criada.

Para excluir uma reformatação radial

- 1. Selecione a reformatação radial na lista Reformatações no painel Resultados.
- 2. Pressione Del no teclado ou clique com o botão direito do mouse e selecione Remover.

Isso exclui a reformatação radial.

3.6 Reformatações planares curvas

Você pode criar uma reformatação planar curva (CPR) usando um conjunto de pontos de interação clicados nas janelas de visualização oblíquas. Isso ajuda a visualizar estruturas vasculares ao longo do caminho. Reformatações múltiplas podem ser criadas para representar e visualizar vários vasos.


A etiqueta de texto padrão para cada procedimento pode ser alterada selecionando > Suspensos > CPR.



e Opções

3.6.1 Criando CPRs

As CPRs são derivadas usando um conjunto de pontos de interação 3D clicados pelo usuário. Como essas reformatações geralmente são criadas para um vaso, escolha um vaso cuja anatomia precise ser estudada.



Para criar uma linha de caminho ao longo do vaso

1. Clique (símbolo) na barra de ferramentas ou selecione **Procedimentos> CPR** no menu.



- 2. Você pode usar uma das duas técnicas abaixo para entrar no modo de criação (cursor do mouse em cruz):
 - No painel Propriedades, clique em. Set A Point . O botão mudará de aparência, indicando o modo de criação.
 Ou,
- Mantenha pressionada a tecla "C". Observe a mudança na aparência de Você pode começar a rastrear um vaso clicando em qualquer janela de visualização oblíqua. Depois que um mínimo de 4 pontos de interação foram clicados, uma linha de caminho verde que conecta os pontos ficam visíveis nas janelas de visualização.


Uma linha de caminho é visível se forem clicados um mínimo de 4 pontos de interação. Dependendo do plano da imagem desenhada, a linha de caminho completa (ou parte da) é exibida.

Para editar ou excluir um ponto de interação existente

- 1. Você pode arrastar um ponto de interação existente para um local diferente. A linha do caminho é atualizada automaticamente enquanto isso é feito.
- 2. Você pode remover um ponto de interação existente clicando com o botão direito do mouse no ponto.

Para adicionar um ponto de interação intermediário ao longo do caminho

1. Passe o mouse sobre a linha do caminho usando o cursor do mouse. Depois de chegar ao local preferido, clique com o botão esquerdo na bola do marcador (verde) que indica a posição do novo ponto.




Por padrão, um novo ponto de interação é sempre anexado ao final da lista. Para adicionar pontos de interação intermediários, a linha do caminho deve estar visível na janela de visualização.

3.6.1.1 Janela de visualização CPR

Você pode visualizar a imagem estendida de CPR na janela de visualização vertical. A imagem é mostrada quando a linha do caminho é visível nas janelas de visualização oblíquas. Estas janelas de visualização fornecem todas as funcionalidades básicas, como panorâmica, zoom e modificações na largura/nível da janela.

Para girar o vaso


- 1. Escolha a ferramenta da barra de ferramentas.
- 2. Enquanto pressiona o botão esquerdo do mouse, mova o cursor horizontalmente ao longo da janela de visualização.



① Esta janela de visualização **não suporta** nenhumas medições.

3.6.1.2 Navegando ao longo da sobreposição de linha de caminho

Você pode visualizar axialmente os contornos do vaso em qualquer local ao longo dele, usando uma ferramenta de marcador de posição anexada à sobreposição da linha de caminho (verde). Em um determinado local ao longo da linha do caminho, a posição 3D e a orientação da linha do caminho podem ser derivadas e usadas para visualizar o vaso nas janelas de visualização oblíquas.



Para obter a vista axial do vaso nas janelas oblíquas

- 1. No painel Propriedades, ative/desative as seguintes opções com base em seus respectivos resultados:
 - a. Se Synchronize Position estiver marcada, a posição da mira nas janelas de visualização oblíqua será redefinida para a posição atual da ferramenta de marcador na janela de visualização de CPR.
 - b. Se Synchronize Orientation estiver marcada, a orientação da imagem segue a orientação da linha do caminho.
 - c. Se Auto-Center Oblique View estiver marcado, as vistas oblíquas são centralizadas automaticamente.
- 2. Arraste a ferramenta marcador de posição ao longo da sobreposição da linha do caminho para um local de interesse.

As opções de orientação e centralização automática não estarão disponíveis se a sincronização da posição estiver **desativada**.

3.6.2Edição de CPRs

Você pode editar a etiqueta da CPR em qualquer estado, mas para editar a própria CPR criada, é necessário entrar no modo de edição.

Para editar o texto da CPR

- 1. No painel Resultados, selecione a CPR.
- 2. No painel Propriedades, digite uma etiqueta personalizada e pressione Enter.

Ou,

- No painel Resultados, clique com o botão direito do mouse nos resultados e selecione Editar
- 2. Digite uma etiqueta personalizada e pressione Enter.

Para editar uma CPR

 No painel Resultados, clique com o botão direito do mouse no resultado e selecione Editar.

Digite uma etiqueta personalizada e pressione Enter.

3.6.3 Excluir CPRs

Para excluir uma CPR

- 1. Selecione uma CPR na lista Procedimentos CPR no painel Resultados.
- 2. Pressione Del no teclado ou clique com o botão direito do mouse e selecione Remover.

Isso exclui a reformatação planar curva.

3.7 Exportar resultados

Você pode exportar fotos instantâneas e reformatações. Este capítulo aborda a exportação desses resultados para o sistema de arquivos.

3.7.1 Exportar resultados para o sistema de arquivos


Você pode salvar fotos instantâneas e reformatações em um local no seu sistema ou rede. Para fotos instantâneas, os formatos de arquivo que você pode escolher são BMP, DICOM, JPEG e PNG. Para reformatações, os formatos de arquivo que você pode escolher são DICOM e AVI.

Para salvar uma foto instantânea no sistema de arquivos

1. No painel Resultados, clique com o botão direito do mouse em uma foto instantânea e selecione **Exportar para....**

Isso abre a caixa de diálogo Exportar arquivo.

- 2. Selecione o local em que deseja salvar a foto instantânea.
- 3. Digite um nome para o arquivo no campo Nome do arquivo.
- 4. Selecione o tipo de arquivo (BMP, DICOM, JPEG ou PNG) na lista suspensa Salvar como tipo.
- 5. Clique em Salvar.



Para exportar uma reformatação para o sistema de arquivos

1. No painel Resultados, clique com o botão direito do mouse em uma reformatação e selecione **Exportar para...**.

Isso abre a caixa de diálogo Exportar arquivo.

- 2. Selecione o local para o qual deseja exportar a reformatação.
- 3. Digite um nome de base para os arquivos no campo Nome do arquivo.

Para o tipo de arquivo DICOM, este é um nome base ao qual é anexado um número por arquivo DICOM.

- 4. Selecione o tipo de arquivo na lista suspensa Salvar como tipo.
 - DICOM: O volume é salvo como DICOM.
 - AVI empilhamento: Exporta todos os segmentos reformatados no ponto de tempo ativo.
 - AVI tempo resolvido: Exporta o segmento central de todos os pontos de tempo.
- 5. Clique Salvar.

Você pode alterar o local padrão no qual os arquivos são salvos, selecionando escolhendo Opções > Geral > Caminho de exportação. Você também pode selecionar se deseja criar uma subpasta automaticamente.

Para enviar uma reformatação para o Navegador do paciente do Medis Suite

1. No painel Resultados, clique com o botão direito do mouse em uma reformatação e selecione **Enviar para o Medis Suite...**.

A reformatação é armazenada no DICOM e visível no navegador do paciente localizado no Medis Suite.

3.7.2Concluindo e salvando a sessão

Quando você terminar o 3D View, pressione o botão Salvar sessão no Medis Suite, se optar por Salvar os resultados.

Para obter uma descrição detalhada sobre como interromper uma sessão do Medis Suite, consulte o Início rápido/Manual do usuário do Medis Suite.

Resolução de problemas

4 Resolução de problemas

Erro de licença flutuante após uma falha do software

Em uma configuração de licença flutuante, as licenças serão retornadas ao servidor de licenças quando o 3D View for fechado. No caso de uma falha do software 3D View, as licenças não serão devolvidas e permanecerão bloqueadas no servidor de licenças. Reiniciar o 3D View avisa que as licenças não estão disponíveis.

Para resolver esse problema, é necessário aguardar no máximo 2 minutos antes de iniciar o software novamente. O servidor de licenças verifica a cada 2 minutos se as licenças reivindicadas ainda estão em uso na máquina cliente. Se as licenças não estiverem em uso, o servidor de licenças as liberará.

Data de validade não atualizada após a instalação da licença não expirada

Quando você instala uma licença temporal com o CMS License Manager, a licença terá uma data de validade. Você pode ver essa data de validade em **Exibir licenças disponíveis...** no CMS License Manager. Quando você instala uma licença que não expira depois de instalar a licença temporal, a data de validade não é atualizada.

Para ver a data de validade correta de suas licenças, você deve excluir a licença expirada antes de instalar a licença não expirada. Você pode fazer isso com as seguintes etapas:

- Inicie o CMS License Manager (clique em Iniciar > Todos os Programas > Medis System Tool s> CMS License Manager 2.5)
- Clique em Avançado...
- Clique em Excluir licenças...
- Selecione todas as licenças expiradas
- Clique em Excluir
- Clique em Fechar
- Clique em Fechar
- Clique em Instalar uma licença adicional...
- Navegue até o arquivo de licença com a licença não expirada
- Verifique se todas as licenças estão selecionadas
- Clique em Instalar
- Clique em Fechar

Agora você pode ver as licenças com a data de vencimento correta em **Exibir licenças** disponíveis...

As imagens MIP e 3DVR são pretas

Alguns adaptadores gráficos exibem incompatibilidade com o 3D View ao não exibir as imagens em miniatura MIP, 3DVR e LUT. (Se apenas as miniaturas 3DVR e LUT estiverem pretas, veja abaixo.) Em muitos casos, isso também é acompanhado por erros relacionados ao VTK no CMS Monitor. Isso pode ser resolvido com o administrador do sistema atualizando o driver do adaptador gráfico. Caso contrário, a operação do 3D View usando apenas as

visualizações oblíquas duplas (DOV) ainda é possível desativando a opção em Opções> Suspensos > DoubleOblique > Ativar renderização de hardware.

A imagem 3DVR está preta

Alguns adaptadores gráficos exibem incompatibilidade com o 3D View por não exibir as imagens em miniatura 3DVR e LUT, embora o MIP seja exibido. Em muitos casos, isso pode

ser resolvido desativando a opção em > Opções> Suspensos > DoubleOblique > Ativar sombreamento de hardware.

"Renderização de hardware desativada" é exibido na visualização MIP / 3DVR

Se a opção em > Opções> Suspensos > DoubleOblique > Ativar renderização de hardware estiver desmarcada, as miniaturas MIP, 3DVR e LUT não serão geradas.

LUT personalizada não é salva como esperado

Pode parecer que sua LUT personalizada não é salva conforme o esperado, principalmente se você mover o primeiro ou o último ponto na LUT; no entanto, observe que esse é o comportamento pretendido. A LUT é exibida no Editor LUT com base nas configurações de Janela e Nível definidas no conjunto de dados.

Comandos de menu ou botões da barra de ferramentas estão desativados

Os comandos do menu ou os botões da barra de ferramentas podem ficar acinzentados quando você executa um procedimento, como uma reformatação radial. Você pode ativálos novamente cancelando ou finalizando o procedimento.

A largura e o nível da janela não são aplicados

Valores diferentes de largura e nível da janela são mantidos para a visualização oblíqua dupla, visualização MIP e 3D ViewVR.

Anotação ou medição não visível

Quando você navega para outro local no volume, sua anotação ou medição pode não ser exibida na janela de visualização oblíqua dupla. Isso ocorre porque o ponto ao qual o resultado se refere não está no segmento visível no momento. Para ver seu resultado novamente, clique com o botão direito do mouse no resultado no painel Resultados e selecione Localizar; ou clique duas vezes no resultado no painel Resultados.

O cursor do mouse dentro de um contorno de escultura não mudará para o ícone apagador ou preenchimento

Uma pequena área de contorno pode não fornecer distância suficiente da borda da área de contorno para ativar o apagador ou o ícone do cursor de preenchimento. Nesse caso, mova o cursor para fora do contorno até que o cursor do mouse desejado apareça, pressione a tecla SHIFT e clique no botão do mouse. Pressionar a tecla SHIFT antes do clique executa a ação selecionada na região oposta, dentro em vez de fora ou fora em vez de dentro.

Seu problema não foi resolvido nesta seção de solução de problemas

Você pode achar útil executar a ferramenta de diagnóstico do CMS Monitor (clique em Iniciar > Todos os Programas > Ferramentas do Sistema Medis > CMS Monitor 3.5) e visualizar as mensagens exibidas. Se as mensagens registradas não resolverem o seu problema, clique no botão Enviar no CMS Monitor para enviar informações relevantes ao suporte técnico da Medis. Informações de contato adicionais podem ser encontradas clicando em Ajuda > Sobre...

Referência

5 Teclas de atalho

Ao trabalhar com o 3D View, você pode usar várias combinações de teclas nas ações do teclado e do mouse para executar rapidamente as tarefas a seguir.

Pressione	Para	
Geral		
F1	Acessar o manual do usuário	
CTRL+G	Abrir o site Medis	
CTRL+X	Fechar o 3D View	
Alt+F4	Fechar o 3D View	
Layout		
F6	Redefinir layout da barra de ferramentas e do painel da janela da área de trabalho	
F10	Expandir a janela de visualização atualmente selecionada.	
ESPAÇO	Alternar entre as visualizações MIP, 3DVR e Pilha, com a janela de visualização inferior direita selecionada.	
BACKSPACE	Alternar na ordem inversa entre as visualizações MIP, 3DVR e Pilha com a janela de visualização inferior direita selecionada.	
F11	Mostrar ou ocultar os painéis da janela da área de trabalho	
Resultados		
D	Criar uma medição de área	

Pressione	Para	
А	Criar uma medição de distância dupla	
R	Criar um instantâneo	
S	Parar de editar o resultado	
Esc	Excluir o resultado atualmente selecionado	
Del	Excluir todos os resultados	
SHIFT+Del	Criar uma medição de área	
Controles de navegação		
Roda	Empilhamento	
SHIFT+ALT+clicar e arrastar	Empilhamento	
CTRL+Roda	Zoom	
SHIFT+CTRL+ clicar e arrastar	Zoom	
CTRL+ clicar e arrastar	Panorâmica	
Botão do meio - clicar e arrastar	Panorâmica e oculta os gráficos	
ALT+ clicar e arrastar	Girar (oblíquo duplo) ou girar (MIP, 3DVR)	
Right- clicar e arrastar	Largura e nível da janela	
Controles de visualização		
1	Redefinir a largura e o nível da janela	

Pressione	Para
CTRL+K	Mostrar ou ocultar os eixos
ALT+botão direito do mouse	Ocultar os gráficos da sobreposição
Seta para a esquerda	Exibe o ponto de tempo anterior
Seta para a direita	Exibir o próximo ponto de tempo